


检验检测报告



No: 200008609

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: TWL0-2657-34

共3页 第1页



委托单位	广东美沃布朗科技有限公司 地址: 东莞市厚街镇宝屯社区西环路6号		
客户认定信息	BFE99-G25-1 熔喷无纺布 20cm×100cm 颜色: 白色		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-02-07
		报告签发日期	2020-02-12
判定依据	---		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验结果详见附页		
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		




签发: 马楠 工程师

马楠

样品图片

No: 200008609

共3页 第2页



检验检测报告附页

No: 200008609

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	ASTM F 2101-2014 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积:40cm ² 气体流速:28.3L/min 平均颗粒直径:3.0μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	-----	BFE ₁ 99.7 BFE ₂ 99.8 BFE ₃ 99.6	---	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——